DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

Conforme Lei Municipal nº 2.249, de 08 de fevereiro de 2017

www.balsamo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Comunicados 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bálsamo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.balsamo.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Bálsamo
CNPJ 45.142.353/0001-64
Rua Rio de Janeiro, 695 - Centro
Telefone: (17) 3264-1209
Site: www.balsamo.sp.gov.br

Câmara Municipal de Bálsamo
CNPJ 51.847.507/0001-16
Rua São Paulo, 740 - Jd. São Domingos
Telefone: (17) 3264-1518
Site: www.cmbalsamo.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Bálsamo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.balsamo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

GESTÃO: 2025/2028

BÁLSAMO
PREFEITURA
O Futuro é Agora!

PROCESSO Nº 009/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, conforme especificações constantes no Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.

CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE AMOSTRAS

A **DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE FAZ SABER** a todos quanto se interessarem, o resultado de análise das amostras, a seguir:

As amostras dos itens: 87 - entregue pela empresa **MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LIMITADA, CNPJ: 15.311.878/0001-15,** 116 e 117 - entregues pela empresa **SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ: 59.225.268/0001-74,** 133 – entregue pela empresa **NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 42.639.607/0001-66,** 135 e 271- entregue pela empresa **MEGA MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 22.847.311/0001-23,** 223 – entregue pela empresa **SÓMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO, CNPJ: 17.581.504/0001-45,** foram aprovadas, tendo seus requisitos técnicos atendidos.

Quanto a amostra do item 136, apresentada pela empresa **PONTUAL COMERCIAL LTDA, CNPJ: 01.854.654/0001-45**, teve sua amostra REPROVADA por não apresentar as características técnicas solicitadas no memorial descritivo, sendo elas: *TESTE COM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. QUE ACEITE UMA SEGUNDA GOTA NA MESMA FITA. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 60 NO MÍNIMO A 500MG/DL ACEITANDO-SE VALOR INFERIOR A 10 E SUPERIOR A 500. COM VALIDADE DAS TIRAR ACIMA DE DOZE MESES MESMO APÓS A ABERTURA DO FRASCO. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO DE 400 TESTES.*

A amostra do item 252 apresentada pela **DISTRIBUIDORA ZENAS LTDA, CNPJ: 42.020.253/0001-77,** não apresenta as características técnicas solicitadas no memorial descritivo, sendo elas: *LÍQUIDO COMPOSTO POR 100% SILICONE, DE USO TÓPICO, REMOVEDOR DE QUALQUER TIPO DE ADESIVO, COMO*

BÁLSAMO PREFEITURA
O Futuro é Agora!
GESTÃO: 2025/2028

EQUIPAMENTOS DE ESTOMIA (BASES ADESIVAS E ADJUVANTES), FITAS ADESIVAS, PELÍCULAS, HIDROCOLÓIDES E TODOS OS CURATIVOS QUE PERMANEÇAM ADERIDOS À PELE, LIVRE DE ÁLCOOL E FRAGRÂNCIAS, ATRAUMÁTICO. O produto ofertado pela empresa possui óleo mineral em sua composição, não sendo 100% silicone, o que dificulta a aderência do equipamento coletor, que é aplicado subsequentemente do seu uso, portanto a amostra foi REPROVADA.

Quanto a amostra referente ao item 253, também da empresa pela **DISTRIBUIDORA ZENAS LTDA, CNPJ: 42.020.253/0001-77,** após análise técnica e realização de teste de performance, o spray protetor de barreira cutânea apresentado pela empresa foi reprovado, apesar de ter sido ofertado em descritivo aberto.O produto não demonstrou desempenho satisfatório quanto à formação de barreira eficaz, durabilidade e proteção da pele nas condições de uso avaliadas, não atendendo aos requisitos mínimos esperados para a finalidade proposta. Sendo assim, a amostra foi REPROVADA.

Referente ao item 272, cujo a amostra foi apresentada pela empresa **QUATRO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 45.241.576/0001-89** não apresenta as características técnicas solicitadas no memorial descritivo, sendo elas: *TESTE COM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. QUE ACEITE UMA SEGUNDA GOTA NA MESMA FITA. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 60 NO MÍNIMO A 500MG/DL ACEITANDO-SE VALOR INFERIOR A 10 E SUPERIOR A 500. COM VALIDADE DAS TIRAR ACIMA DE DOZE MESES MESMO APÓS A ABERTURA DO FRASCO. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO DE 400 TESTES,* também sendo REPROVADA.

Quanto a amostra do item 269, referente a empresa **CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA, CNPJ 08.580.826/0001-89,** não foi entregue ao nosso departamento.

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA LOURENÇA DIOGO AYALA, 491- CENTRO- FONES: (17) 3264-1320/(17) 3264-1148
EMAIL: SAUDE@BALSAMO.SP.GOV.BR

GESTÃO: 2025/2028

BÁLSAMO
PREFEITURA
O Futuro é Agora!

BÁLSAMO, 04 DE MAIO DE 2026.

Flavia Jamogischi

Farmacêutica Municipal 99.859/SP

Danilo Pivaro Toscano

Diretor Municipal de Saúde

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA LOURENÇA DIOGO AYALA, 491- CENTRO- FONES: (17) 3264-1320/(17) 3264-1148
EMAIL: SAUDE@BALSAMO.SP.GOV.BR